

Programa de Metrología Legal

Sede Central - Av. Gral. Paz 5445 e/ Albarelos y Av. Constituyentes - B1650KNA
C.C. 157 B1650WAB San Martín, Prov. Buenos Aires - República Argentina - Tel: 4724-6200/6300/6400
Internet: <http://www.inti.gov.ar> e-mail: metrologialegal@inti.gov.ar

CERTIFICADO N° 021

LRM Electrónica S.R.L.

Inscripción N° 4864

*Por el presente documento el Instituto Nacional de Tecnología Industrial declara que la empresa mencionada cumple con los requisitos para emitir la **Declaración de Conformidad con el Modelo Aprobado** (punto 4, del anexo II Resolución 48/03 SCT) de los instrumentos listados en el Anexo I, de acuerdo con la legislación vigente.*

Buenos Aires, 04 de marzo de 2011

Dr. Héctor Laiz
Subgerente de Laboratorios de Referencia
Director del Programa de Metrología Legal

Válido hasta el 04 de marzo de 2012

CERTIFICADO N° 021

LRM Electrónica SRL

Inscripción N° 4864

ANEXO 1

PAGINA 1/1

Modelo	Código de aprobación	Cap. Máx. (kg)	e = dd
PL 30-30	BE.80-2062	30	5 g
PL 30-12	BE.80-2062	12	2 g
PL 30-6	BE.80-2062	6	1 g
PL 30-3	BE.80-2062	3	0,5 g
PL 30-1.2	BE.80-2062	1,2	0,2 g
PL 30-0.6	BE.80-2062	0,6	0,1 g
Indicador Máxima SD-V y variantes	BF.60-2054	99990	10000 div
Kit de conversión Máxima y variantes	BF.60-2054	99990	10000 div
Indicador BI-TR	BF.60-2049	99990	10000 div
Kit de conversión BI-TR	BF.60-2049	99990	10000 div
PL-40	BF.30-1258	60	20 g
PL-50	BF.30-1258	100	20 g
PL-50	BF.30-1258	200	50 g
Indicador BI-6000	BF.60-1189	80000	6000 div
Kit de conversión BI-6000	BF.60-1189	80000	6000 div

Buenos Aires, 04 de marzo de 2011

Dr. Héctor Laiz
Subgerente de Laboratorios de Referencia
Director del Programa de Metrología Legal
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Válido hasta el 04 de marzo de 2012