

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Nº 16**AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.****SERVICIOS, CAMPO DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN**

| MAGNITUD | ELEMENTO | TIPO | MEDIO | RANGO DE MEDICIÓN | INCERTIDUMBRE MÍNIMA |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--|
| PRESIÓN | MANÓMETROS y VACUÓMETROS | RELATIVA | HIDRÁULICO | 0 – 2 bar | ± 0,05 % de pleno rango |
| | | | | 2 – 287 bar | ± 0,015 % del valor ó ± 0,008 bar El que sea mayor |
| | | ABSOLUTA DIFERENCIAL | GAS | 0 – 690 bar | ± 0,05 % de pleno rango |
| | | | | 0 – 20,7 bar | |
| | | | | -0,96 – 35 bar | |
| TORQUE | TORQUÍMETROS | | | 0 – 2700 Nm | ± 0,25 % |
| | CELDA DE TORQUE | | | 0 – 2700 Nm | ± 0,05 % |

Buenos Aires,.....

Dr. Héctor Laiz
Subgerente de Laboratorios de Referencia