

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Nº 22

PAC S.H.

SERVICIOS, CAMPO DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

ÁREA: CALIBRACIÓN DE BALANZAS			
SERVICIOS	CAMPO DE MEDIDA	MÍNIMA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN	PROCEDIMIENTO
Instrumentos de pesar de equilibrio automático	Clase I $d \geq 0,1 \text{ mg}$ $e \geq 1 \text{ mg}$ $\text{máx} \leq 1 \text{ kg}$	0,6 veces la menor división de la escala	PE01M
Instrumentos de pesar De equilibrio Semiautomático o no automático	Clase II $d \geq 1 \text{ mg}$ $e \geq 10 \text{ mg}$ $\text{máx} \leq 100 \text{ kg}$		PE02M
	Clase III y IIII $d=e \geq 100 \text{ mg}$ $\text{máx} \leq 5000 \text{ kg}$ (x)		

(X): Utilizando Carga sustituta a partir de 1000 kg